HORIBA
Medical

HORIBA ABX SAS
HORIBA ABX SAS
Parc Euromédecine
Rue du Caducée - BP 7290
34184 MONTPELLIER Cedex 4
FRANCE
Tél.: 33 (0) 4 67 14 15 16
Fax.: 33 (0) 4 67 14 15 17

ABX Minotrol CRP

CE
IVD

LOT **MC 441**
Rev **2**

CONTROL

(Exp.) **2027-01-05**
(YYYY - MM - DD)

ABX Lysebio

PARAMETRES *PARAMETERS*	UNITES *UNITS*	CONTROL 1 MICROS EMI CRP	CONTROL 1 MICROS LC-767G		CONTROL 1 PENTRA MS CRP		TOLERANCES *TOLERANCE*	CONTROL 2 MICROS EMI CRP	CONTROL 2 MICROS LC-767G		CONTROL 2 PENTRA MS CRP		TOLERANCES *TOLERANCE*	CONTROL 3 MICROS EMI CRP	CONTROL 3 MICROS LC-767G		CONTROL 3 PENTRA MS CRP		TOLERANCES *TOLERANCE*
GB WBC	$10^3/mm^3;10^9/l$	**2.2**	**2.2**		**2.1**		± 0.4	**7.8**	**7.9**		**7.9**		± 1.0	**20.3**	**20.4**		**21.0**		± 2.2
GR RBC	$10^6/mm^3;10^{12}/l$	**2.22**	**2.24**		**2.18**		± 0.15	**4.42**	**4.41**		**4.45**		± 0.18	**5.64**	**5.64**		**5.71**		± 0.25
HB HGB	g/dl	**6.1**	**6.1**		**5.8**		± 0.4	**13.3**	**13.3**		**13.5**		± 0.5	**17.7**	**17.9**		**18.3**		± 0.7
	g/l	**61**	**61**		**58**		± 4	**133**	**133**		**135**		± 5	**177**	**179**		**183**		± 7
	mmol/l	**3.79**	**3.79**		**3.60**		± 0.25	**8.26**	**8.26**		**8.38**		± 0.31	**10.99**	**11.12**		**11.36**		± 0.44
HT HCT	%	**16.4**	**16.4**		**15.9**		± 2.0	**36.7**	**36.2**		**36.5**		± 2.5	**49.6**	**49.1**		**48.8**		± 3.0
	l/l	**0.164**	**0.164**		**0.159**		± 0.020	**0.367**	**0.362**		**0.365**		± 0.025	**0.496**	**0.491**		**0.488**		± 0.030
VGM MCV	μm^3 ; fl	**74**	**73**		**73.0**		± 4	**83**	**82**		**82.0**		± 4	**88**	**87**		**85.5**		± 4
TGMH MCH	pg	**27.5**	**27.2**		**26.6**		± 2.4	**30.1**	**30.2**		**30.3**		± 2.4	**31.4**	**31.7**		**32.0**		± 2.8
	fmol	**1.71**	**1.69**		**1.65**		± 0.15	**1.87**	**1.87**		**1.88**		± 0.15	**1.95**	**1.97**		**1.99**		± 0.18
CCMH MCHC	g/dl	**37.1**	**37.3**		**36.4**		± 3.0	**36.3**	**36.8**		**37.0**		± 3.0	**35.7**	**36.5**		**37.5**		± 3.0
	g/l	**371**	**373**		**364**		± 30	**363**	**368**		**370**		± 30	**357**	**365**		**375**		± 30
	mmol/l	**23.06**	**23.17**		**22.63**		± 1.86	**22.51**	**22.84**		**22.97**		± 1.86	**22.15**	**22.65**		**23.28**		± 1.86
IDR RDW	%	**14.0**	**14.0**		**14.5**		± 3.0	**13.5**	**13.0**		**13.0**		± 3.0	**14.0**	**13.0**		**11.5**		± 3.0
PLAQ. PLTS	$10^3/mm^3;10^9/l$	**65**	**72**		**65**		± 20	**242**	**245**		**243**		± 40	**469**	**486**		**497**		± 60
VPM MPV	μm^3 ; fl	**7.4**	**8.1**		**8.7**		± 2.0	**7.8**	**8.0**		**8.5**		± 2.0	**7.6**	**7.9**		**7.9**		± 2.0
LYMPHO	#	**1.4**	**1.3**		N/A		± 0.2	**2.4**	**2.4**		N/A		± 0.5	**3.1**	**3.0**		N/A		± 1.1
	%	**61.5**	**61.0**		N/A		± 8.0	**31.0**	**31.0**		N/A		± 6.0	**15.5**	**14.5**		N/A		± 5.0
MONO	#	**0.2**	**0.2**		N/A		± 0.2	**0.8**	**1.1**		N/A		± 0.8	**2.0**	**1.9**		N/A		± 1.5
	%	**8.5**	**8.5**		N/A		± 7.7	**10.5**	**13.7**		N/A		± 9.9	**9.7**	**9.3**		N/A		± 7.9
GRANULO	#	**0.7**	**0.7**		N/A		± 0.2	**4.6**	**4.4**		N/A		± 0.8	**15.2**	**15.5**		N/A		± 2.0
	%	**30.0**	**30.5**		N/A		± 9.9	**58.5**	**55.3**		N/A		± 9.9	**74.8**	**76.2**		N/A		± 9.9
CRP	mg/dl	**0.93**	**0.94**		**0.88**		± 0.40	**2.50**	**2.64**		**2.29**		± 0.80	**4.27**	**4.46**		**4.12**		± 1.50
	mg/l	**9.3**	**9.4**		**8.8**		± 4.0	**25.0**	**26.4**		**22.9**		± 8.0	**42.7**	**44.6**		**41.2**		± 15.0

Ref: TEMP-1070 Rev.43 BACK/VERSO 1300092170

Explore the future
Automotive Test Systems I Process & Environmental I Medical I Semiconductor I Scientific
HORIBA